ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-JP.ГБ06.В.00402

Серия RU № 0190014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики

ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»)
Адрес: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Менделеево; телефон/факс +7 (495)526-63-03; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25 апреля 2013 выдан Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Вибра Рус»
Адрес: Россия, 109428, город Москва, проспект Рязанский, дом 26, строение 13
ОГРН: 5137746158160; телефон: +7(495) 787-4577, факс: +7 (495) 787-4576; e-mail: sales@vibra.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Shinko Denshi CO., LTD (Япония)
Адрес: 3-9-1, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034, Japan

ПРОДУКЦИЯ

Весы лабораторные электронные GZII, GZH
Техническая документация изготовителя
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8423 81 900 0, 8423 82 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 14.1845 от 01.12.2014
   ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» (№ РОСС RU.0001.21ИП09 до 27 апреля 2015)
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 03.10.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы - в соответствии с руководством изготовителя по эксплуатации
Сертификат действителен с Приложением на бланке № 0041649 и Ех-приложением на четырёх листах
Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2014 **ПО** 22.12.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Г.Е. Епихина (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Н.Ю. Мирошникова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-JP.ГБ06.В.00402

Серия RU № 0041649

Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответствия распространяется на весы лабораторные электронные GZII, GZH исполнений GZII-B2000CEX, GZII-2000CEX, GZII-12KCEX, GZII-B12KCEX, GZII-30KCEX, GZII-B30KCEX, GZII-60KCEX, GZII-B60KCEX, GZII-6000CEX, GZII-B6000CEX, GZH-610CEX, GZH-B610CEX, GZH-6100CEX, GZH-B6100CEX, GZH-3100CEX, GZH-B3100CEX, GZH-30KCEX, GZH-B30KCEX, GZH-1500CEX, GZH-B1500CEX. Весы GZII-CEX, GZH-CEX состоят из платформы весовой, дисплейного блока и источника питания. Весы GZII-BCEX, GZH-BCEX состоят из платформы весовой, дисплейного блока и оснащены внутренним источником питания (батарея).

Весы GZH отличается от весов GZII наличием встроенного механизма калибровки.

Маркировка весов GZII-BCEX, GZH-BCEX и взрывозащищенных устройств в составе весов моделей GZII-CEX, GZH-CEX приведена в таблице 1.

Таблица 1

Весы и взрывозащищенные устройства в составе весов GZII, GZH	Маркировка взрывозащиты
Весы исполнений GZII-CEX, GZH-CEX в составе:	
платформа весовая с дисплейным блоком	0ExiaIIBT4
источник питания GZR230	[Exia]IIB
Весы исполнений GZII-BCEX, GZH-BCEX	0ExiaIIBT4 X

Спецификация устройств – в соответствии с технической документацией изготовителя.

Обеспечение взрывозащиты

Весы лабораторные электронные GZII, GZH в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079.11:1999).

Условия применения

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты весов исполнений GZII-BCEX и GZH-BCEX, означает, что замена батареи питания весов допускается только вне взрывоопасной зоны.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Г.Е. Епихина (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Н.Ю. Мирошникова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013