ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

STATE COMMITTEE FOR
STANDARTIZATION OF THE
REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER: 9005

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL: 29 октября 2018 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 02-14 от 04.03.2014) утвержден тип средств измерений

"Весы электронные настольные МК",

изготовитель - **ЗАО "МАССА-К", г. Санкт-Петербург, Россия (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 02 2538 14** и допущен к применению в Республике Беларусь с 4 марта 2014 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета С. А. Ивлев

4 марта 2014 г.

Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

04.03.2014 №02-2014

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

8. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001

8.23 СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Весы электронные настольные МК", изготовитель – ЗАО "МАССА-К", г. Санкт-Петербург, Россия, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 02 2538 09.

РЕШИЛИ:

8.23.1. Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа **"Весы электронные настольные МК"** на основании положительных результатов проведенных ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, Россия, государственных испытаний на соответствие утвержденному типу.

8.23.2. Аннулировать сертификат №5980 об утверждении типа "Весы электронные настольные МК", выданный ЗАО "МАССА-К", г. Санкт-Петербург, Россия.

8.23.3. Выдать ЗАО "МАССА-К", г. Санкт-Петербург, Россия, новый сертификат об утверждении типа с сохранением ранее присвоенного номера Реестра (РБ 03 02 2538) сроком действия до 29.10.2018.

8.23.4. Согласно решению НТК 11-2008 признаются результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой Тест-Санкт-Петербург (номер реестра – №019, шифр поверительного клейма – СП) и ЗАО "Масса-К" (номер реестра – №1415, шифр поверительного клейма – ВОО) при условии калибровки на широте г. Минска с указанием в паспорте прибора значения ускорения свободного падения g.

8.23.5. Весы метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

8.23.6. Поверку весов, изготовленных до 01.01.2014 (истечение срока действия утверждения типа в Республике Беларусь), проводить по методике поверке (раздел 17 РЭ), утвержденной в 2008 г. Поверку весов, изготовленных после 01.01.2014, проводить согласно приложению ДА ГОСТ OIML R 76-1-2011.

8.23.7. Поверку средств измерений, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии, проводить юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу, или иными юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления (межповерочный интервал – не более 12 месяцев).

Председатель С.А. Ивлев
Секретарь Н.Д. Ляхова
ВЕРНО
Н.Д. Ляхова
"04" 03 2014

Дополнительная информация:

Весы настольные фасовочные (порционные)